



FICHA TÉCNICA

CONSOLA VERTICAL CV-D500L

La línea de consolas verticales Modelo D-500 marca PERE® son una opción ideal por la fácil instalación en sitio, integra de forma interna y seccionada en sus 3 vías internas los servicios de gases medicinales, servicio eléctrico, Iluminación, monitoreo, voz y datos. La cual se adapta a los espacios y equipamientos de cada área.



ESPECIFICACIONES



ESTRUCTURA

MATERIALES: Fabricado en panel estructural de aluminio extruido de 2.5 mm de espesor en cumplimiento con Norma ASTM B-221-02/AA.

1° Fusión homogenizada.

Aleación 6063 Temple 5

98.581% de Aluminio.

ACABADOS: Paneles desmontables soportados por tornillería, fabricado en MDF de 9 mm con recubrimiento de formica decorativa en ambas caras, pegado en alta presión.

Anodizado natural mate a 10 micras de oxidación en perfiles de estructura y pintura electrostática color blanco.

SERVICIOS ELÉCTRICOS

- * Receptáculo dúplex grado hospital color Beige 20 Amp. / 125 V. Mca. Levitón
- * Receptáculo dúplex grado hospital color Rojo 20 Amp. / 125 V. Mca. Levitón
- * Cableado eléctrico de fábrica tipo THW-LS 90°C 600V cal. 12 con aislamiento termoplástico, con reducida emisión de humos y resistencia a la propagación de incendios.
- * Fácil instalación a bornera eléctrica de líneas independientes con sistema de puesta a tierra.
- * Preparación para voz y datos o monitoreo.

ILUMINACIÓN

- * Iluminación Ambiente independiente para cada encamado
Tubo fluorescentes T8 de 17w color temperatura 4100°k de encendido electrónico con apagador independiente con luz LED.
- * Alimentación Eléctrica de 110v - 120v 50-60 Htz.
- * Difusor fabricado en ABS de alto Impacto.

TOMAS DE GASES MÉDICOS Y VACÍO

- * Compatible con marcas nacionales y de importación.
- * Tuberías de Cobre Tipo L de 13 mm y 19 mm para distribución de gases medicinales y vacío, lavada y desengrasada Conforme a la CGA-G4.1
- * Las Salidas de Gases Medicinales son Pre Soldadas en planta para garantizar su instalación.
- * La pruebas Iniciales son realizadas Conforme al Código NFPA 99